OXiPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Codigo: SAD-MAN-FR-020
		Version: 1 - Fecha Actualizacion: 05/08/2019
		Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	AN-1066B	Fecha Inicio	09/04/22 8:40	Fecha Fin	09/04/22 10:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	[illegible]	CANTIDAD	REPORTE	REPUESTO		CAMBIADO
	X		Base	1		Si	X	No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

[illegible]

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)							
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)				(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-No)	MARCA (Si-No)	(Si-No)	
	17332	6.2	93.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	NO	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	40 min	Generó Alarma	No X		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRISERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OX
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OX
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OX
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	prueba
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OX
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta líneas eléctricas	OX
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OX
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							Correcto funcionamiento
	(Hrs)	(0-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-No)	MARCA (Si-No)	(Si-No)	
	17333	6.2	93.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.