

Fecha Revisión	Humididad	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
Código Equipo	MV-30743	Fecha Inicio	Fecha Fin
		16/04/22 7:34	16/04/22 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	OBSERVACIONES
P. V. Lateral Switch empujado						↓ SX No ↓ SI X No SI No SI No SI No SI No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS		OBSERVACIONES
					Desconexión (E-2)	Pila (E-3)	"Flujo a 0"	SEALLES (E-4)	FILTROS (E-5)	BASE (E-6)	BARRAS (E-7)	BARRAS (E-8)	BARRAS (E-9)	BARRAS (E-10)	BARRAS (E-11)	
Mens	6.0	88.3	←		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Comentario La
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Bueno		Genera Alarma		No		SI		Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Miles		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Se verifica voltaje de la pila	4.56
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión mecánica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
79-113		2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Régimetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5))	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS		OBSERVACIONES
					Desconexión (E-2)	Pila (E-3)	"Flujo a 0"	SEALLES (E-4)	FILTROS (E-5)	BASE (E-6)	BARRAS (E-7)	BARRAS (E-8)	BARRAS (E-9)	BARRAS (E-10)	BARRAS (E-11)	
Mens	6.7	95.3	←		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Personal Correctamente L. G.
FIRMA MANTENIMIENTO																