ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-4832B	Fecha Inicio	21/04/22 9:20	Fecha Fin	21/04/22 10:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMAS REPORTADOS POR OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	CAUSA	CLASE CAUSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIAGNÓSTICO		CORRECTIVO	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (LI - 1hr)	FILTROS (50 - 1hr)	BASE (50 - 1hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 1MS)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - 1MS)	RUEDAS (50 Hrs)	OBSERVACIONES
	18099	6.6	95.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X		SI		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hrs)	FILTROS (50 - 1hr)	BASE (50 - 1hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 1MS)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - 1MS)	RUEDAS (50 Hrs)	OBSERVACIONES
	18099	6.3	95.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Victoria G.