



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 040-000000-000
 Versión 1 Fecha Actualización: 04/08/2010
 Página 1 de 2

Fecha Recibido: _____ Revisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **0120061706B** Fecha Inicio: **23/10/12** Hora: **10:21** Fecha Fin: **23/10/12** Hora: **11:21**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	ESPECIFICACION	CANTIDAD	SI	REPORTE	REPARADO	CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PALENTE

PRUEBAS DE ALARMA

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a B" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJ (SI-NO)	SI-NO		

1. CICLADO: Terroc de la prueba **1 hora** Gener. Alarma **Si** Cuel?

2. RUJDO EXTRAÑO: **Si** 3. ESTADO DE MANGUERAS: **Buena** Molas: 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: **Buena** Mola:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Bueno** 7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Buena** **Si** Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila A.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	PUY K
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a B (Oleas fugadas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E2)	N.A
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo y LED amarillo y SL-CO-E2)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión Manera de Flujo	Desconexión línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de flujo	Chequeo maniquera en salida de aire de compresor	N.A
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fuga a B" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJ (SI-NO)	SI-NO		

Funciona correctamente
Leandro G.