ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	BAD-MANT-FR-003
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2015
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	7820551691153	Fecha Inicio	25/04/22 9:33	Fecha Fin	25/04/22 10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANTIDAD REPORTE						
			Si		No	
			Si		No	
			Si		No	
			Si		No	
			Si		No	
			Si		No	
			Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-DS)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN)	MANIJA (5l - MIN)	RUEDAS (5l-Min)
	702	8.5	94.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si

OBSERVACIONES: Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1 hora	Generó Alarma	SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.6. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - DS)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-DS)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (88% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-DS)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN)	MANIJA (5l - MIN)	RUEDAS (5l-Min)
	703	8.4	93.5	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si

OBSERVACIONES: Correctivo funcionando

FIRMA MANTENIMIENTO: