

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMULARIO BAGAMFR-001	
						Página 1 de 2	
Fecha Revisión	Revisión #	Año del Mantenimiento				No. Orden	
Código Equipo	SN0137931		Fecha Inicio	27/04/22 9:32	Fecha Fin	29/04/22	10:46
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
			X				

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FUELOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BARRAS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RELEAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"High & B" (SI/NO)				ANAL (SI/NO)	MANUA (SI/NO)	DIAGN		
	660162940	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min		Generó Alarma		No		SI		Cant?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Malos		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		No	
5. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Ceo Subcalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK parte
6	Otro:		
7	Otro:		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Paga = 0 (Cierre Subterreno)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E0)	N/A
2	Paga Tránsito	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo y LED amarillo y (L1-L0-E0)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Apagado alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desactiva línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de cierre	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FUELOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BARRAS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RELEAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"High & B" (SI/NO)				ANAL (SI/NO)	MANUA (SI/NO)	DIAGN		
	660162931	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	funciona correctamente Wilmar G.	
PRIMA MANTENIMIENTO															