ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 10/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NW-2919B	Fecha Inicio	28/04/22 7:34	Fecha Fin	28/04/22 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANT.	UNID.	CODIGO	DESCRIPCION	ENTRADA	SALIDA				
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (3-5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-6v)	Pila (5-5.5v)	"Flujo a 0" (1.5-2.5)	ESCALLAS (3-5v)	FILTROS (5 - 5v)	BASE (5 - 5v)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5 - 5v)	BARRAS (5 - 5v)	RUEDAS (3-5v)	OBSERVACIONES
	11433	6.5	96.2	5L	5;	5;	ES	5;	5;	5;	5;	5;	5;	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Gerard Alarma	X		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5;		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Ok fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clame flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (3-5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-6v)	Pila (5-5.5v)	"Flujo a 0" (1.5-2.5)	ESCALLAS (3-5v)	FILTROS (5 - 5v)	BASE (5 - 5v)	CODIGO DE BARRAS: BASE (5 - 5v)	BARRAS (5 - 5v)	RUEDAS (3-5v)	OBSERVACIONES
	11435	6.5	95.1	5L	5;	5;	ES	5;	5;	5;	5;	5;	5;	Funcona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO