ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2010
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	12555 L94 132	Fecha Inicio	30/04/22 10:12	Fecha Fin	30/04/22 11:15

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA DESPORTADO O DESMANTELADO PARA SERVICIO

ITEM	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES FUNCIONALES REALIZADOS AL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50-6x)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-6x)	Pila (0-7psi)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50-6x)	FILTROS (50-6x)	BASE (50-6x)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50-90)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50-60)	RUEDAS (50-6x)	OBSERVACIONES
	5572	8.4	94.0	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. preventivo

1. DIOLADO	Tiempo de la prueba	1hora	Generó Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifico voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluxómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50-6x)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50-6x)	Pila (0-7psi)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50-6x)	FILTROS (50-6x)	BASE (50-6x)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50-90)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50-60)	RUEDAS (50-6x)	OBSERVACIONES
	5573	8.4	93.5	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Cambio Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO