

Nº **OX-OV 21726**

ORDEN DE VISITA
LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO BOGOTÁ 4320520
LINEA DE ATENCIÓN AL USUARIO EJE CAFETERO: 3302770-3401511-3147912353

Código: OXI-RED-FR-02
Fecha: Agosto 04 de 2017
Versión: 2
Página 1 de 2

INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN

Paciente	JAIMO AYALO	Documento	19358234	Dirección	CR 89 # 39 - 11	Fecha	13/8/22
Entidad	NUEVA EPS	Teléfono	310 344 5913	Consumo		Atención	
Solicitante		Parentesco		Teléfono			

ORDEN DE SERVICIO

Nro. Orden	Tipo de Servicio	Observación
	Oximetria Mantenimiento de mi...	

REVISIÓN TÉCNICA

Presión O2	6.5	Flujo	2	Concentración	92.3	Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Cambio <input type="checkbox"/> Limpieza	Hora Con/trador		Código	
------------	-----	-------	---	---------------	------	----------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------	--	--------	--

EQUIPOS: MOVIMIENTOS, INVENTARIO Y ESTADO

Códigos Equipos Entregados						Códigos Equipos Recogidos									
CONCENTRADOR	3	5	9	1	B	CONCENTRADOR									
C. RESPALDO	1	9	4	5	3	5	0	2	4	C. RESPALDO					
REGULADOR 540	R	R	2	5	3	2	8	B	REGULADOR 540						
C. PORTATIL						C. PORTATIL									
REGULADOR 870						REGULADOR 870									
CARRITO P.						CARRITO P.									

EQUIPOS PRESENTES EN EL DOMICILIO

CONCENTRADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	C. RESPALDO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	C. PORTATIL	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	REGULADOR 540	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	REGULADOR 870	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	CARRITO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
--------------	-------------------------------------	----	-------------	-------------------------------------	----	-------------	-------------------------------------	----	---------------	-------------------------------------	----	---------------	-------------------------------------	----	---------	-------------------------------------	----

REPORTE DE DAÑOS

Daño/Perdida	V/unit	Cant	Daño/Perdida	V/unit	Cant	Daño/Perdida	V/unit	Cant	Daño/Perdida	V/unit	Cant
Filtro Externo Central	\$5.000		Soporte Filtro Lateral	\$15.000		Carcasa Con/trador	\$150.000		Adaptador Salida Humidificador	\$20.000	
Filtro Externo Lateral	\$5.000		Manija	\$50.000		Cable de Poder	\$20.000		Carrito Portatil	\$20.000	
Base Concentrador	\$80.000		Flujómetro	\$80.000		Adapt a Humidificador	\$15.000		Regulador 870	\$80.000	
Rueda	\$20.000		Switch de Encendido	\$15.000		Panel Frontal	\$80.000		Regulador 540	\$80.000	
Soporte Filtro Central	\$15.000		Botón de Reset	\$10.000		Tapa de Filtro Interno	\$20.000		Otros		

Nro. Reporte		Recibo Manual		Recibo CRM		Valor de Daños \$		Valor Pagado \$	
--------------	--	---------------	--	------------	--	-------------------	--	-----------------	--

Observaciones de la Visita (Ejemplo: Descripción del daño).	CSM : Llamo : Fecha de vencimiento 30-10-22	Hora Servicio	
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------	--

Funcionario Entrega: Abeiro usrego Documento: SMO 116

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL PACIENTE

RECOGIDA DE EQUIPOS

Yo declaro hacer devolución de los Equipos de Oxígeno Domiciliario por el siguiente motivo: (Escribir el Motivo)

- FALLECIMIENTO** Fallecimiento del Paciente.
- VOLUNTARIA** Devolución Voluntaria.
- ORDEN MÉDICA** Por Orden Médica.
- CAMBIO** Cambio de Proveedor.
- AFILIACIÓN** Estado Afiliación EPS.

CONSUMIBLES RECIBIDOS

Me entregaron los siguientes Consumibles (Escribir SI o NO)

- HUMIDIFICADOR
- CÁNULA
- TRAMPA DE AGUA

PAGOS

HE PAGADO LA SUMA TOTAL POR CONCEPTO DE:

Cuota Moderadora	Daño Equipo	Otros Pagos	Total
\$ /	\$ /	\$ /	\$ /

CALIDAD DEL SERVICIO

CALIFICO EL SERVICIO COMO (Escribir la Calificación)

- EXCELENTE
- BUENO
- REGULAR
- MALO
- MUY MALO

AUTORIZACIÓN HABEAS DATA En cumplimiento del Régimen General de Habeas Data, regulado por la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos reglamentarios, con el ingreso de mis datos personales en el presente Contrato, autorizo de manera voluntaria, previa, expresa e informada a OXIPRO S.A.S identificada con NIT 900.481.014-0 y dirección electrónica protecciondedatos@oxiprosas.com en calidad de RESPONSABLE, para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales. OXIPRO S.A.S queda autorizado para recolectar, compilar, almacenar, usar, circular, compartir, comunicar, procesar, actualizar, cruzar, transferir, transmitir, depurar, suprimir y disponer mis datos personales aquí suministrados. de acuerdo con las finalidades relacionadas con el objeto social de la Compañía y en especial para Capacitación, Historial clínico, programas de promoción y prevención, registro de exámenes diagnósticos, gestión de órdenes médicas y medicamentos, Encuestas de Opinión, atención al cliente (gestión PORS), procedimientos administrativos, cumplimiento / incumplimiento de obligaciones financieras, gestión de estadísticas internas, Remisión de información a los titulares, Servicios de arrendamiento de equipos, Campañas de actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales, Envío de comunicaciones, Control de Inventarios, Gestión de cobros. Finalmente declaro que la información y datos personales que he dispuesto para el tratamiento por parte de OXIPRO S.A.S la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.

INFORMACIÓN DE QUIEN ATIENDE EL SERVICIO

Nombre	MARIAHA ANDYA AVAREZ	Firma		Huella	
Documento	521841160	Parentesco	Hija		
Teléfono		Cel:	310 344 59 13		
Dirección Actual	CR 89 C # 39 11 SUR				