ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: DAD-MANFR-026
Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2015
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-380B | Fecha Inicio: 29/7/2022 8:30 | Fecha Fin: 29/7/2022 10:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

EXISTIO REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ACCIONES MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (90 - 100)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	19710	6.4	95.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 1h 30 | Genero Alarma: No [X] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [X] Con Sobrecalentamiento [ ]

PLAN DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PLAN DE PRUEBAS SIMULACION

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Medio	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sensor de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5l/min)	FILTROS (5l/min)	BASE (5l/min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (90 - 100)	RUEDAS (5l/min)	OBSERVACIONES
	19811	6.3	95.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: