



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 70
 Código: 040-04074-005
 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2015
 Página 1 de 1

Fecha Revisión: _____ Revisado P: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NN-1329B** Fecha Inicio: **29/7/2022 8:39** Fecha Fin: **29/7/2022 10:52**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X **FECHA INICIO AISLAMIENTO** **FECHA FIN AISLAMIENTO**

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CATEGORIA	SI REPORTA	REPARO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	DESGRHO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAN	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-3)	Pila (2-4)	"Fuga a B" (2-5)				20-101	20-102	20-103		
2688	6.491.90	01	01	01	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Mito Preventivo
1. COLADO	Tiempo de la prueba		2 h	Genera alarma	No	X	SI								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo				
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Subenfriamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Purga # 2 (Carga Fluorante)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E2)	ES
2	Purga Manual	Se verifica activación de alarma manual y tornea (LED Rojo o LED amarillo y (L1, L3 E2)	LO
3	Desconexión eléctrica	Notificación alarma sonora	OK
4	Desconexión rápida de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Operar mangoré de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	DESGRHO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAN	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a B"				20-101	20-102	20-103		
2688	6.491.90	01	01	01	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	FRIGA MANTENIMIENTO