



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: 330-4010-19-20  
Versión: 1 Fecha Actualización: 2020/03/05  
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: N.º Orden:

Código Equipo: **NN-4397B** Fecha Inicio: **29/7/2022 11:15** Fecha Fin: **29/7/2022 12:49**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

TALLA	DARO	CLASE DARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REQUERIDO CERRADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	IDENTIFICATIVO	PRESION	OSOSCO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUBIAS	OBSERVACIONES
					Desarrollo (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Paga a P" (SI/NO)				SI (SI/NO)	SI (SI/NO)	SI (SI/NO)		
	10326	6.4	99.7	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mnto Preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2h		Genero Alarma		No	X	SI	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	X	Con Subwaterbambuco						

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado fuerte	OK fuerte
6	Otro		
7	Otro		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pruga + 0 (Clase Faltante)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - E5)	E5
2	Pruga Falta de Pila	Se verifica activación de alarma visual y sonora (L2) Pruga + LED amarillo y (L1 - L5 - E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Rebobinado de válvula de aire	Control manguera al servicio de aire de compresor	OK
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

En Mantenimiento	IDENTIFICATIVO	PRESION	OSOSCO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUBIAS	OBSERVACIONES
					Desarrollo (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Paga a P" (SI/NO)				SI (SI/NO)	SI (SI/NO)	SI (SI/NO)		
	10326	6.3	99.3	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	NO	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO:	