ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAD-MAN-FR-009
Versión: 1 Fecha Actualización: 03/08/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: SN0127895 | Fecha Inicio: 26/07/22 8'18 | Fecha Fin: 26/07/22 9:25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

DATOS DEL EQUIPO

PARAMETROS DE PRUEBA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 88%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - No)	FILTROS (5l - No)	BASE (5l - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	BANDEJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
Nada	6.892.9	5:	5:	5:	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mto Preventivo.

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		(Sonar) Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X]	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena [X]		Con Sobrecalentamiento		

DIAGNOSTICO TECNICO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	NIA
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	NIA
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	NIA
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	NIA.
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DESPUES DE LAS REPARACIONES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	NIA
4	Desconexión cerrata de flujo	Desconexión linea electrica	NIA
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	NIA.
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 88%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - No)	FILTROS (5l - No)	BASE (5l - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	BANDEJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	7065	6.593.9	51	51	51	51	ES	51	51	51	NO	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO: