ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GMO-MAN-FR-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-2186B | Fecha Inicio: 29/9/2022 12:23 | Fecha Fin: 29/9/2022 2:25

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI: | NO: X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO:** | **FECHA FIN AISLAMIENTO:**

SINTOMA REPORTADO OPERADOS DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANTES DE INICIAR MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5L/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SELLOS (5L/Min)	FILTROS (5L/Min)	BASE (5L/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - MÍN)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5V - MÍN)	RUEDAS (5L/Min)	OBSERVACIONES
	15846	6.2	94.3	5L	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mnto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2h	Genera Alarma	No:	X	Si:		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si:		No: X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas:	X	Malas:	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno:	X	Malo:	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena:	X	Con Sobrecalentamiento:			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FINALES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotametro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

DESPUES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5L/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5L/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5L/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SELLOS (5L/Min)	FILTROS (5L/Min)	BASE (5L/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - MÍN)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5V - MÍN)	RUEDAS (5L/Min)	OBSERVACIONES
	15847	6.2	94.6	5L	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: