ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	3/8/22	Remisión #	16500A	Auxiliar Mantenimiento	MPatiño	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3645B	Fecha Inicio	3/8/11 9:05	Fecha Fin	3/8/11 11:26

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma			Rejillas	Filtros	Base	Código de barras		Ruedas	Observaciones
A404	60	93.7	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mtto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2h 30.	Ciclado bueno	Si	X	No		Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LOS CONTENEDORES	Buenas	7. CURVA DE TEMPERATURA	Buena	Si	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica condición neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN LOS EQUIPOS

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
1	[illegible]	[illegible]	ES
2	[illegible]	[illegible]	LO
3	[illegible]	[illegible]	OK
4	[illegible]	[illegible]	OK
5	[illegible]	[illegible]	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma			Rejillas	Filtros	Base	Código de barras		Ruedas	Observaciones
A4096D448	Si	Si	Si				ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Maricela Patiño