ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha	4/8/22
[illegible]	165111
[illegible]	MPatino
Código Equipo	7FSAB2019020278
Fecha inicio	4/8/22 2:51
Fecha fin	4/8/22 3:54

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X.	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

1614	67	93.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mtto Preventivo

1. CICLADO — 1h:03. — No X

2. RUIDO EXTRAÑO — No X

3. ESTADO DE MANGUERAS — X

4. [illegible] — X

6. ESTADO DE LAS [illegible]: Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA: SI.

Resultado:

SI
OK
OK
OK
Fuerte

PRUEBAS — Resultado:

ES
LO
OK
OK
OK

OBSERVACIONES: Aprobado

1616	66	92.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Manuela Patiño