ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

4/8/22 165111 MPatino

PM190815202 4/8/22 8:A 4/9/22 3:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

PARTE	DAÑO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						No
						No
						No
						No
						No
						No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR TECNICO:

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Corriente	Funcionamiento	Alarmas de Alarma			Relevos	Fallos	Sirena	Código de Salidas		Bureau	Observaciones
					Descripción	Fin	Tipo a F							
	9867961	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		MTTO Preventivo

1. EXCLUIDO: [ ] Tiempo de la Orden: 1h:23
2. MANDO LA ORDEN: SI [X] NO [ ] 3. ESTADO DE MANIOBRAS: Bueno [X] Malo [ ] 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno [X] Malo [ ]
5. PARTES MANIPULADAS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [ ] Malo [SI] Cuál sensor funciona:

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Pág 1	Verifica cables de motor	SI OK OK FUERTO
2	Prueba Pág 2	Se verifica voltajes y cables de motor	
3	Prueba Pág 3	Se verifica los componentes electrónicos del tablero	
4	Prueba Pág 4	Se verifica los componentes electrónicos del tablero	
5	Prueba Pág 5	Se verifica sensor de ingreso y salida	
6	Otras		
7	Otras		

Descripción del diagnóstico determinado:

REPUESTOS USADOS

Cant.	Descripción	Cant.	Código	Descripción	Cant.

PASOS EJECUTADOS PARA VERIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Pág 1	Se verifica activación de alarma en... (F... 25)	ES OK OK OK
2	Prueba Pág 2	Se verifica activación de alarma desde y envíos LED Rojo y LED amarillo (... 5)	
3	Prueba Pág 3	Activación alarma sonora	
4	Prueba Pág 4	Desactivación alarma sonora	
5	Prueba Pág 5	Revisión de cableado de alarma	
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Corriente	Funcionamiento	Alarmas de Alarma			Relevos	Fallos	Sirena	Código de Salidas		Bureau	
					Descripción	Fin	Tipo a F							
	9867933	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		Aprobado

Cuál Mantenimiento: MPatino