OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: [illegible]
		Versión: 1 · Fecha Actualización: [illegible]
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	6/8/22	Remisión #	16591	Auxiliar Mantenimiento	M Patino	No. Orden	
Código Equipo	NW-1084B			Fecha Inicio	10/8/22 8:15	Fecha Fin	10/8/22 12:05

			kit de mangueras filtro externo total				Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No

En Mantenimiento	Horómetro (Hrs)	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	"Falla F"						Observaciones
[illegible]	65	91.6	SI	SI	SI	OS	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Mtto correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cuál?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno X · Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno: SI · Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	[illegible]	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica actuación de alarmas (LL - LO - SS)	OS
2	Flujo Máximo	Se verifica actuación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-SS)	OS
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	OK
4	Desconexión salida de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
6	Otras:		
6	Otras:		

En Mantenimiento	Horómetro (Hrs)	Presión (4-7 PSI)	Oxígeno (90%-96%)	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	"Falla F"						Aprobado
[illegible]	65	92.0	SI	SI	SI	OS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino