



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Forma 70
SICOMM-FR-028
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2014
Página 1 de 3

Fecha Recepción: 26/7/22 | Revision # 164385 | Auxiliar Mantenimiento: M. P. Brito | No. Orden:
 Código Equipo: DM190845178 | Fecha Inicio: 12/8/22, 8:20 | Fecha Fin: 12/8/22 10:00

EQUIPO CONTAMINADO		EQUIPO CONTAMINADO	
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No
		SI	No

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJO METRICO	PRUEBAS DE ALARMA			PRUEBAS DE ALARMA															
					Desconexión	Fuga	Temp. S.T.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	22007	02.5	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma			No	X	SI	Cual?												
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Mala							
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																							
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES																							
Buenas					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	Con Sobrecalentamiento													

MHO Preventivo.

No.	PRUEBAS	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o frote	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	PRUEBAS DE ALARMA	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Cierre fugitivo)	Se verifica actuación de diodos (L1 - L2 - S8)	OK
2	Fuga Máximo	Se verifica actuación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-S8)	OK
3	Desconexión eléctrica	Actuación alarma sonora	OK
4	Desconexión línea de fuga	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Actuación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HONORARIO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJO METRICO	PRUEBAS DE ALARMA			PRUEBAS DE ALARMA														
					Desconexión	Fuga	Temp. S.T.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2017	02.25	5	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FIRMA MANTENIMIENTO: Mónica Brito																						

Aprobado