OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	IDO-MAN-FR-005
Versión 1	Fecha Actualización: 05/06/2014
	Página 1 de 2

Fecha Mantenimiento	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento	Nº. Orden
16/8/22	16590	MPatino	

Código Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
NN-2964B	16/8/22 9:30	16/8/22 2:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

			Kit de mangueras			Si		No	
			Filtro de aire			Si		No	
			Filtro externo lateral uso.			Si		No	
			Filtro externo central.			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" LLAVE	REBILLAS (Ml/min)	FILTROS (Ml/min)	BASE (Ml/min)	CÓDIGO DE BARRAS: Base (Ml/min)	CÓDIGO DE BARRAS: Mesa (Ml/min)	RUEDAS (Ml/min)	OBSERVACIONES
	AAA2	68	950	SI	SI	SI	ES	SI	NO	G	SI	SI	S	Mtto correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	5h	Generó Alarma	No	X	Si		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno: SI
Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica cotaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - SS)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo x LED amarillo y (LL-LD-SS)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión sujeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXÍGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" LLAVE	REBILLAS (Ml/min)	FILTROS (Ml/min)	BASE (Ml/min)	CÓDIGO DE BARRAS: Base (Ml/min)	CÓDIGO DE BARRAS: Mesa (Ml/min)	RUEDAS (Ml/min)	OBSERVACIONES
	AAA4	65	954	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino G.