

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: SACM1199-03 Versión: 1 Fecha Actualización: 02/08/2016 Página 1 de 2	
Fecha Revisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento M. Pino			No. Orden		
Código Equipo NN-3051B		Fecha Inicio 11/02/22 7:40	Fecha Fin 13/02/22	1230			

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Kit de mamparas Filtro externo lateral (200)				

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	ONGERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Descripción			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				SI	NO
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI				NO	
					SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO CONECTIVO		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genero Alarma		SI	NO	X	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
2. RUEDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malas						
6. DAÑOS IDENTIFICADOS																				
8. ESTADO DE LAS CONDICIONES																				
Buenas					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI		Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila B.E.V	Verifica voltaje de la pila	SI SI SI SI SI Fuerte
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o farte	
6	Ok		
7	Ok		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + S (Claro Rubro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E2)	SI SI SI SI SI
2	Fuga Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E2)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión sensor de Fuga	Desconexión línea alarma	
5	Activación de válvula de pinch	Operar manguera de salida de aire de compresor	
6	Ok		
7	Ok		
8	Ok		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	ONGERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Descripción			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				SI	NO
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI				NO	
					SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO		
PRIMA MANTENIMIENTO		Mónica Pino G																		