



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SACM000005
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/03/2010
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 13/08/22 Revisión a: 165830 Auxiliar Mantenimiento: M. Patino No. Orden:

Código Equipo: NN-3541B Fecha Inicio: 13/08/22 7:50 Fecha Fin: 13/08/22 12:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
kit de mangeras				

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	CODIGO	FLUJO METRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAN	VALVULAS	BOMBAS	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flash" a 2" (SI/NO)				001	002	003		
	8554669395				SI	SI	ES	SI			SI	SI	SI	SI	MTO Correctivo
1. OCLADO		Tiempo de la prueba		Sensit. Alarma		No	X	SI							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Batería Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Clave:		
7	Clave:		
Descripción del diagnóstico identificado:			

CODIGO	DESCRIPCION	SANT	CODIGO	DESCRIPCION	SANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Pila + 0 (Clave Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - LD - ES)	OK
2	Pila Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-LD-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de A/V	Operar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Clave		
7	Clave		
8	Clave		

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	CODIGO	FLUJO METRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAN	VALVULAS	BOMBAS	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flash" a 2" (SI/NO)				001	002	003		
	8554669395				SI	SI	ES	SI			SI	SI	SI	SI	APROBADO Mónica Patino
FIRMA MANTENIMIENTO															