



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: MANT-026-00
Versión: 1
Fecha Actualización: 02/06/2018
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 13/08/22 Revisión n: 165830 Auxiliar Mantenimiento: M. Peltano No. Orden:

Código Equipo: NN-1120B Fecha Inicio: 18/02/23 Fecha Fin: 18/02/23 10:50

Equipo	Estado	Observaciones	SI	NO
Filtro de aire				
Filt de mangoneas				
Filtro de bacterias				
Acople tosta				

En Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA				PRUEBAS DE ALARMA								
	HONORARIO	PROBACIÓN	ORDEN	PLAZAMIENTO	DESCRIPCIÓN	PIE	TIPO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
3110	82	43	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1. DILADO		Tiempo de la prueba: 3h			Sensibilidad		No	X	SI	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buenas	SI	Con Refrigeración				

MTO COMPLETO

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

SI
SI
SI
SI
SI
Fuera

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Pila # 0 (Carga Full/menos)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	SI
2	Pila Medios	Se verifica activación de alarma visual y sonora (SD Rojo o LED amarillo y LI-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión letargo de fuga	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Aplazación de válvula de aire	Control manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

SI
SI
SI
SI
SI

En Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA				PRUEBAS DE ALARMA								
	HONORARIO	PROBACIÓN	ORDEN	PLAZAMIENTO	DESCRIPCIÓN	PIE	TIPO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
3114	83	94	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI
<p style="text-align: right;">Aprobado Mantenedor: M. Peltano G.</p>													