OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: SAO-MAN-FR-005
		Versión: 1 — Fecha Actualización: 03/06/2019
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	13/8/22	Remisión #	165830	Auxiliar Mantenimiento	M Patiño	No. Orden	

Código Equipo	WN-32403	Fecha Inicio	08/8/22 8:70	Fecha Fin	13/8/22 12:30

EQUIPO CONTAMINADO POR HUMEDAD / FUGAS	SI	NO						
			Kit de mangueras.			Si		No
			filtro de aire.			Si		No
			filtro lateral			Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"								OBSERVACIONES
	(hrs)	(3-7 PSI)	(90%-96%)											RUEDAS	
	7712	67	960	Si	Si	SI	OS	Si	AO	Si	Si	Si		Si	Mtto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	4h	Generó Alarma	No	Y	Si		Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte.
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - 88)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-88)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							OBSERVACIONES
	(hrs)	(3-7 PSI)	(90%-96%)	(0-4lt)										Aprobado
	7714	69	933	Si	Si	Si	OS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Marcela Patiño G