OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Codigo: [illegible]
		Versión: 1 — Fecha Actualización: 03/09/2010
		Página 1 de 3

Fecha Remisión	18/8/22	Remisión #	166091	Auxiliar Mantenimiento	M Patino	No. Orden	

Codigo Equipo	AN-4764B	Fecha Inicio	19/8/22 7:50	Fecha Fin	19/8/22 9:30

EQUIPO CONTAMINADO POR [illegible]					[illegible]			
			Filtro de aire				Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No
							Si	No

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (89%-95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CODIGO DE [illegible]		HUMEDAD	OBSERVACIONES
	8232	6.1	92.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mtto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumáticas del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Pruebas [illegible]	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (89%-95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO)	[illegible]						CONCEPTO TECNICO
	8274	6.0	92.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado
													FIRMA MANTENIMIENTO:	Marieta Patino