OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MANOPR-006
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 19/8/22 | Remisión #: 166186 | Auxiliar Mantenimiento: MPalmo | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-3134B | Fecha Inicio: 22/8/22 12:30 | Fecha Fin: 22/8/22 2:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

			Kit de mangueras				SI		No				
							SI		No				
							SI		No				
							SI		No				
							SI		No				
							SI		No				
							SI		No				

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (k- Y PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUXOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	NIVELES (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	8203	63955		SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MHO Correctivo

1. DECLADO	Tiempo de la prueba	24	Genera Alarma	No	X	SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas
								4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Suave	SI	Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5,5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (k- Y PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUXOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	NIVELES (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDEJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	8203	65959		SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño