OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	SAD-MAN-R-030
		Versión: 1	Fecha Actualizado: 2[illegible]/2015
			Página 1 de 2

Fecha Remisión	10/8/22	Remisión #	166279	Auxiliar Mantenimiento	MPatino	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-2175B	Fecha Inicio	23/8/22 8:15	Fecha Fin	23/8/22	11:00

EQUIPO CONTAMINADO POR: [illegible]				[illegible]				
			kit de mangueras			Si		No
			Filtro de aire			Si		No
			Interruptor.			Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	[illegible]						OBSERVACIONES
	15091	65	93.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3h	Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenos	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	52
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clama Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-SS)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión salida de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	[illegible]						OBSERVACIONES
	15091	65	94.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino