ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SND-MAN-FR-005
Version: 1 | Fecha Actualización: 02/05/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13/8/22 | Remisión #: 16619 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-3910B | Fecha Inicio: 23/8/22 11:25 | Fecha Fin: 23/8/22 2:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS DE BOMBAS

			Kit de mangueras						SI		No			
			Filtro de aire						SI		No			
									SI		No			
									SI		No			
									SI		No			
									SI		No			
									SI		No			

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/No)	Pila (SI/No)	"Flujo a 5" (LCD/LED)	SOPLETAS	FILTROS	BARIC	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRAS (SI - NO)	RUEDAS (SI/No)	OBSERVACIONES
	15396	0949	5		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto colectivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 3h | Garant. Alarma: No / Si (✓) | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No (✓) | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.6. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	FUERTE
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Clema fujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S.L-L2-E2)	ES
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8-7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI/No)	Pila (SI/No)	"Flujo a 5" (LCD/LED)	SOPLETAS	FILTROS	BARIC	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRAS (SI - NO)	RUEDAS (SI/No)	OBSERVACIONES
	15416	0953	5		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño