OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	24/8/22	Remisión #	1665091	Auxiliar Mantenimiento	M Patiño	No. Orden	
Código Equipo	NN-4211B	Fecha inicio	24/8/22 8:10	Fecha Fin	24/8/22 11:40		

EQUIPO CONTAMINADO ... [illegible]

			kit de mangueras			Sí	No
		2	Filtro ent lateral (usa)			Sí	No
			interruptor			Sí	No
						Sí	No
						Sí	No
						Sí	No
						Sí	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (0-5lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OBSERVACIONES
	81365	91.8	Sí	Sí	Sí	ok		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	kit correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3h 20	Genera Alarma	No	X	Sí		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Sí		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Sí		Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 6.6. V	Verifica voltaje de la pila	Sí
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba de Alarma	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS)	ok
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-SS)	ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión salida de flujo	Desconecta línea eléctrica	ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	ok
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (0-5lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-5lts)	Pila (0-5lts)	"Flujo a 0"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OBSERVACIONES
	88563	91.2	Sí	Sí	Sí	ok	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño