ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPRO

FORMATO	
Código	SAD-MAN-FR-004
Versión: 1	Fecha Actualización: 25/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	17/07/22	Remisión #	165997	Auxiliar Mantenimiento	M Patiño	No. Orden	
Código Equipo	AN-1536B	Fecha Inicio	15/07/22 8:30	Fecha Fin	15/07/22 12:00		

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

			kit de mangueras		Si	No
			Filtro ent lateral		Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-E5)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	15886	6	94.4	SI	SI	SI	C5	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Mtto correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3h30	Generó Alarma	No	X	Si		Cuál?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo						

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E0)	ok
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-E0)	ok
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	ok
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	ok
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-E5)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	1650	6	93.2	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	S	Aprobado.

FIRMA MANTENIMIENTO: Mariela Patiño G