OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	26/8/21	Remisión #	166719	Auxiliar Mantenimiento	M Patino	No. Orden	
Código Equipo	NN-38405	Fecha Inicio	27/8/21 8:40	Fecha Fin	27/8/21 10:30		

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

			Display Protector			Si		No	
			filtro ext lateral (uso)			Si		No	
			filtro de aire			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 Pts)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (0-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hrs)	Pila (0-Hrs)	"Flujo a 0" (LL/LO)	RELEJAS (0-Hrs)	FILTROS (0-Hrs)	BASE (0-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-Hrs)	MARCA (0-Hrs)	RUEDAS (0-Hrs)	OBSERVACIONES
	2995	6.5	94.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mtto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2h	Garant. Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SU
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	CO
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	CO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK.
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 Pts)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (0-Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hrs)	Pila (0-Hrs)	"Flujo a 0" (LL/LO)	RELEJAS (0-Hrs)	FILTROS (0-Hrs)	BASE (0-Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-Hrs)	MARCA (0-Hrs)	RUEDAS (0-Hrs)	OBSERVACIONES
	2996	6.1	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Moneda Patino G.