ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	SAS-MAN-FR-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 26/9/22 | Remisión #: 16019 | Auxiliar Mantenimiento: Martino | No. Orden:

DATOS DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-70303 | Fecha Inicio: 26/9/22 8:30 | Fecha Fin: 27/9/22 10:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA VERIFICADO PARA LOS SERVICIOS

			Filtro aereo ideal			SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (30-60)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	Pila (30 Hz)	"Flujo a 0" (LED)	BOQUILLAS (30 - Hz)	FILTROS (30 - Hz)	BASE (30 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - Hz)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
	16116	7	95	a	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	24	Genero Alarma	No	X	SI		CualT	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (30-60)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	Pila (30 Hz)	"Flujo a 0" (LED)	BOQUILLAS (30 - Hz)	FILTROS (30 - Hz)	BASE (30 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (30 - Hz)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
	16263	7	95	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Martino