| OXIPro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO<br>Codigo: SAD-MAN-FR-009<br>Versión: 1 Fecha Actualización: 23/08/2019<br>Página 1 de 2 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Remisión | 26/8/22 | Remisión # | 166719 | Auxiliar Mantenimiento | MPatino | No. Orden | |
| Codigo Equipo | NN-1043 | Fecha Inicio | 27/8/22 8:50 | Fecha Fin | 27/8/22 11:00 | | |

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | | Si | | No | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (9-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m) | Pila (5l-4m) | "Flujo a 0" (LO-RB) | REGULAR (5l - 4m) | FILTROS (5l - 4m) | GASE (5l - 4m) | CÓDIGO DE BARRAS: GASE (5l - 4m) | MATERIAL (5l - 4m) | RUEDAS (5l-4m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19716.799.7 | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | ES | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | Mtto Preventivo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 24 20 | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | | | | | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |

| | |
|---|---|
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenas |
| 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno: SI — Con Sobrecalentamiento: |

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 5V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre Aislamiento) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - RB) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-RB) | CO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (9-7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (5l-4m) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m) | Pila (5l-4m) | "Flujo a 0" (LO-RB) | REGULAR (5l - 4m) | FILTROS (5l - 4m) | GASE (5l - 4m) | CÓDIGO DE BARRAS: GASE (5l - 4m) | MATERIAL (5l - 4m) | RUEDAS (5l-4m) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19716.799.1 | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | ES | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | 5l | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino G