ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	BAD-MAN-FR-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/06/2015
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 21822 | Remisión #: 16792 | Auxiliar Mantenimiento: M Patino | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-8575 | Fecha Inicio: 21822 11:05 | Fecha Fin: 21822 2:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REFRIGERACION (UNIDADES MANEJO)

			TAM(E)			SI		No	
			trtho ext central			SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	EQUILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BABE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJAS (LO - 4m)	ALTAS (5l - HO)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	13922	63	89	5l	SI	SI	ES	SI	NO	SI	SI	SI	SI	M+to CORRECTIVO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 3h 25 | Genero Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno SI | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI OK OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte.
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES LO OK OK ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Es Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	EQUILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BABE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BAJAS (LO - 4m)	ALTAS (5l - HO)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	13946	29	5.7	5l	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino G.