OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	BAO-MAMA-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 26/8/21 | Remisión #: 166719 | Auxiliar Mantenimiento: MPatino | No. Orden:

Código Equipo: NN-39815 | Fecha Inicio: 29/8/21 8:15 | Fecha Fin: 29/8/21 9:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	
								Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Pts)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (0-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-6s)	Pila (0-6s)	"Flujo a 0" (LD-E5)	SELLAS (0-6s)	FILTROS (0-6s)	BASE (0-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-6s)	MÁQUINA (0-6s)	RUEDAS (0-6s)	OBSERVACIONES
	5381	7	914	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mtto Preventivo

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 1h 30 — Generó Alarma: No X — Si — Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X — Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si — Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - E5)	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-E5)	10
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 Pts)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (0-6s)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-6s)	Pila (0-6s)	"Flujo a 0" (LD-E5)	SELLAS (0-6s)	FILTROS (0-6s)	BASE (0-6s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-6s)	MÁQUINA (0-6s)	RUEDAS (0-6s)	OBSERVACIONES
	5383	6	911	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patino 6