



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAG-AMM-FI-008
Fecha Actualización: 02/06/2015
Página 1 de 3

Fecha Remoción: 21/8/22 Remoción: 165792 Auxiliar Mantenimiento: M. Patino

Código Equipo: NN-857B Fecha Inicio: 21/8/22 11:05 Fecha Fin: 21/8/22 2:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
TAMICEO					
trabaja en central					

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESIÓN	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RECALZAS	RELLenos	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				11-101	11-102	11-103			11-104
					SI	SI	ES	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Mto	COMPLETIVO	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba: 3h 25			Genera Alarma: No			SI	X	SI						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Mala
5. DAÑO IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 0 (Carta Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)	SI
2	Fuga Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (L20 Fuga o L22 error y (L1-L2-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de retención de agua	Checklist manguera de salida de agua de sensor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESIÓN	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RECALZAS	RELLenos	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				11-101	11-102	11-103		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	AProbado
Firma Mantenedor: Manuela Patino G.															