OXiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAC-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 30/8/21 | Remisión #: 166949 | Auxiliar Mantenimiento: M Patiño | No. Orden:

Codigo Equipo: OM 21049380 | Fecha Inicio: 30/8/22 0830 | Fecha Fin: 30/8/21 1035

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

						Si		No		
						Si		No		
						Si		No		
						Si		No		
						Si		No		
						Si		No		
						Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (35-40L)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Seg)	Pila (30 Seg)	"Pitido a 5" (3 Seg)	SENSORES (30 - 40L)	FILTROS (30 - 40L)	BASE (30 - 40L)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40L)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (30 / 40L)	RUEDAS (30 - 40L)	OBSERVACIONES
	027	94.9		SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	24	Genera Alarma	No	X	Si		Cual?		
2. RUIDO ESTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno SI
Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LC - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LC-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (35-40L)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Seg)	Pila (30 Seg)	"Pitido a 5" (3 Seg)	SENSORES (30 - 40L)	FILTROS (30 - 40L)	BASE (30 - 40L)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40L)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (30 / 40L)	RUEDAS (30 - 40L)	OBSERVACIONES
	03	7	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño G.