OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	29/8/22	Remisión #	1068 68	Auxiliar Mantenimiento	M Patiño	No. Orden	
Código Equipo	NN-1319 B	Fecha Inicio	30/8/22 9:30	Fecha Fin	30/8/22 10:40		

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MARCA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
	17897	699	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mtto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	1h 10	Generó Alarma	No	X	Si		Cuál?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X				
3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas					
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas							
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MARCA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90% - 96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Aprobado
	17898	63	94.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Patiño