OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-006
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/06/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 19/8/22 | Remisión #: 166868 | Auxiliar Mantenimiento: Martino | No. Orden:

Código Equipo: NN-425B | Fecha Inicio: 31/8/22 7:20 | Fecha Fin: 31/8/22 12:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI / NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

			filtro de aire			Si		No	
			fet de manguera			Si		No	
		2	Manguera 5 cm			Si		No	
			Acople de tablero - humificador			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 Pb)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÍMETRO (0-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hz)	Pila (0-Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-Hz)	FILTROS (0-Hz)	BASE (0-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (0-Hz)	RUEDAS (0-Hz)	OBSERVACIONES
	13019	6.6	943	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mtto Correctivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 5h 60 | Generó Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarilla y LL-LO-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 Pb)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÍMETRO (0-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-Hz)	Pila (0-Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-Hz)	FILTROS (0-Hz)	BASE (0-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (0-Hz)	RUEDAS (0-Hz)	OBSERVACIONES
	13100	6.4	922	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Manuela Martinez G