



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Formato: SDC-0012-FK028
Versión: 1
Fecha Actualización: 03/04/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 16/08/19
Número: 166719
Apellido Mantenimiento: M. Patoño
Código Equipo: NW-942B
Fecha Inicio: 31/07/19
Fecha Fin: 31/07/19

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	NO	FECHA INICIO ABLAMEN TO	FECHA FIN ABLAMEN TO
Kit de mangueras filtro de aire.			

En Mantenimiento	IDENTIFICATIVO	PRESIÓN	USUARIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXIÓN	PIE	"FUGA E"				
	28262948	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto correcto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba: 4h	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Mto
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X			
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Submantenimiento	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 3 (Cama Fugaz)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Fuga Masiva	Se verifica activación de alarma roja y sonora (LED Rojo + LED amarillo + J.L.L-D-43)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión ajuste de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Distorsión manguera de salida de aire de sensor	SI

En Mantenimiento	IDENTIFICATIVO	PRESIÓN	USUARIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCONEXIÓN	PIE	"FUGA E"				
	28262948	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado Mantenimiento