

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Revisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_  
 Código Equipo: **M7355 255609** Fecha Inicio: **01/02/22 9:40** Fecha Fin: **01/02/22 10:59**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	<b>X</b>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
ALTA	SI	NO		FECHA INICIO	FECHA FIN
BAJA	SI	NO		FECHA INICIO	FECHA FIN
REPARACIÓN	SI	NO		FECHA INICIO	FECHA FIN
REVISIÓN	SI	NO		FECHA INICIO	FECHA FIN
OTRO	SI	NO		FECHA INICIO	FECHA FIN

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fijo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJ (SI-NO)		
	1233	8.3	95.4	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Mant. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		2 horas		Generó Alarma	<b>X</b>								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO			3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno								
4. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena					SI			Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Leve
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo a 0 (Carga fijómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	N.A
2	Flejo Manéj	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES))	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alfo	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
8	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Fijo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJ (SI-NO)		
	1235	8.294.7	SI	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	Fuera Correctamente Wlmar G.