ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remision		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7F5AB2019020312	Fecha Inicio	02/02/22 7:35	Fecha Fin	02/02/22 9:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES CAUSA POR PACIENTE

DATOS REGISTRADOS DURANTE EL CICLO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	CAUDAL (90% - 95%)	FLUJOMETRO (0-5lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-1Hz)	FILTROS (0-1Hz)	BASE (0-1Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-1Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (0-1Hz)	RUEDAS (0-1Hz)	OBSERVACIONES
	1169	6.7	93.7	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mal. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genero Alarma	X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9.0 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS FUNCIONALES

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre hulómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LL
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LL
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Ok
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Ok
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida no sea de compresor	Ok
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

DATOS REGISTRADOS DURANTE EL CICLO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	CAUDAL (90% - 95%)	FLUJOMETRO (0-5lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (0-1Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo x 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-1Hz)	FILTROS (0-1Hz)	BASE (0-1Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-1Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BANDA (0-1Hz)	RUEDAS (0-1Hz)	OBSERVACIONES
	1169	6.5	93.5	Si	Si	Si	LL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO