ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	BAO-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2016
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	MN-4939B	Fecha Inicio	04/02/22 7:32	Fecha Fin	04/02/22 9:24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			filtro Lateral		1		Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		
							Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OSCILOSCO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (1.5-2.5)	RELILLAS (51 Hz)	FILTROS (5 - 7 Hz)	BASE (5 - 7)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51 - 52)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (59 - 60)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	7464	6.5	93.7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	No X	Si	Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno Si Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SJ
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OSCILOSCO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (1.5-2.5)	RELILLAS (50 - 60)	FILTROS (5 - 7 Hz)	BASE (5 - 7)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (51 - 52)	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL (59 - 60)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	7966	6.2	93.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funcona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	