ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	SAS-MAN-FR-005
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Revisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Código Equipo	NW-4916B	Fecha Inicio	05/12/22 7:31	Fecha Fin	05/12/22 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA DESPOTADO O PRODUCTOS DE LIMPIEZA

									Si		No		
									Si		No		
									Si		No		
									Si		No		
									Si		No		
									Si		No		
									Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (0.5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-7 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-SS)	RUEDAS (0.5 Vac)	FILTROS (5 - 7 Vcc)	BASE (5 - 7 Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
	9649	5.7	97.3	Si	Si	Si	LO	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Correct Alarma	NO X	SI		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Diaria	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarilla y (LL-LO-SS)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
5	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (0.5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-SS)	PRUEBAS DE ALARMA (SI - NO)	FILTROS (5 - 7 Vcc)	BASE (5 - 7 Vcc)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (SI - NO)	RUEDAS (SI - NO)	OBSERVACIONES
	9650	6.1	94.2	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	