ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Version: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-1152B	Fecha Inicio	07/02/22 7:40	Fecha Fin	07/02/22 9:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	Y	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

NOVEDAD REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Switch excitado	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE OPERACIÓN

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (92% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 5" (LL-LO-ES)	REJILLAS (5l - No)	FILTROS (5l - No)	BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - NO)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	13157	6.1	95.1	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Mant Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Generó Alarma	X		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	5l	Con Sobrecalentamiento			

PROCEDIMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.6. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

LAVADO DE RODILLOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera termo	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión física eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

CALIBRACIÓN DE EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (92% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 5" (LL-LO-ES)	REJILLAS (5l - No)	FILTROS (5l - No)	BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - NO)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	13,200	6.4	93.3	5l	5l	5l	ES	5l	5l	5l	5l	5l	5l	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilma G.