



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Forma 1  
SAG/SAF/2013  
Fecha actualización 10/04/2016  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: \_\_\_\_\_ Remisión # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **20200800250243** Fecha Inicial: **05/02/22** 7:29 Fecha Fin: **05/02/22** 9:41

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION			CANTIDAD	ID REPORTE	REPORTE CERRADO
							B	No
							B	No
							B	No
							B	No
							B	No
							B	No
							B	No
DETALLES ADICIONALES / NOTAS / RECOMENDACIONES								

En Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA				CODIGO DE BARRAS				RUEDAS			OBSERVACIONES		
	HOROMETRO	PRESION	DENSIDAD	FLUJOMETRO	DESCONEXION	PLUGA	"FLUGA C"	SENALES	SENALES	SENALES	SENALES		SENALES	
	1145	61	75.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	1145	Man. preventivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Echovon			Genero Alarma			OK				
2. RUIDO EXTRANO		SI / NO		3. ESTADO DE MANGUERAS			OK			4. SISTEMA DE REFRIGERACION			OK / Man	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
5. CONTROL DE TEMPERATURA														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar estado de pila	OK
2	Puerta de Fugas	Se verifica conexión hermética de la puerta	OK
3	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
5	Puerta de alarma	Se verifica estado de la alarma externa	OK parte
6	Otras:		
7	Otras:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulacion	Descripción	Resultado
1	Fluga A (Corte Suplemento)	Se verifica activación de alarma visual y sonora	OK
2	Fluga Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora	OK
3	Desconexión eléctrica	Afectado contra alarma	Bueno
4	Desconexión tarjeta de fluga	Desconexión visual y sonora	Bueno
5	Activación de alarma de alarma	Operar manualmente de alarma	Bueno
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	PRUEBAS DE ALARMA				CODIGO DE BARRAS				RUEDAS			OBSERVACIONES	
	HOROMETRO	PRESION	DENSIDAD	FLUJOMETRO	DESCONEXION	PLUGA	"FLUGA C"	SENALES	SENALES	SENALES	SENALES		
	1147	61	94.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	1147	Caract. funcionamiento Wilton G.