



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 SAJ-AMM-FR-003
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 03/08/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____

Código Equipo: **NW-2957B** IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO: Fecha Inicio: **08/02/21** 9:12 Fecha Fin: **08/02/21** 11:31 No. Orden: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	CAUS	CLASE (SI/NO)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI/REPORTE	REPOSTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLE ADICIONAL BUENO POR FACILITE

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a E" (SI/NO)				SABE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
6326	61	90.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Ment. Carretas
1 CICLADO	Tiempo de la prueba		34 min		Genero Alarma		NO							
2 RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		X							
5 DAÑOS IDENTIFICADOS														
4 ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Escaneramiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otro		prueba
7	Otro		

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO IDENTIFICADO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
74112		2			

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a E" (SI/NO)				SABE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)		
6326	62	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	funciona Correctamente

FIN DE MANTENIMIENTO
 Wilmar G.