ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 1	Fecha Actualización: 31/08/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	7F55E20190701136	Fecha Inicio	04/02/22 9:22	Fecha Fin	04/02/22 10:59

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			Filtro Central	1		Si X	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LO-ES)	REJILLAS (5 lts/m)	FILTROS (5 lts/m)	BASE (5 lts/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - MD)	RUEDAS (5 lts/m)	OBSERVACIONES
	622	6.9	95.3	5	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genero Alarma	N/A	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento			

DIAGNOSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS REQUERIDAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 8 (Cierre fluxometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	LO
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconectar linea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 lts/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 8" (LO-ES)	REJILLAS (5 lts/m)	FILTROS (5 lts/m)	BASE (5 lts/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MD)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - MD)	RUEDAS (5 lts/m)	OBSERVACIONES
	625	6.7	94.7	5	Si	Si	LO	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.