ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-006
Versión: 1	Fecha Actualización: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: SNO13921 7 | Fecha Inicio: 10/02/22 9:09 | Fecha Fin: 10/02/22 10:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: | NO: X | **FECHA INICIO AISLAMIENTO:** | **FECHA FIN AISLAMIENTO:**

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si: No:
						Si: No:
						Si: No:
						Si: No:
						Si: No:
						Si: No:
						Si: No:

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LI-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	6526	6.4	92.0	5:	5:	5:	N.A	1:	5:	5:	2A	3:	5:	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No	Si	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	5:	Con Sobrecalentamiento		

PARAMETROS DE SALIDA

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - ES)	N.A
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obturó manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5 Lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LI-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	6526	6.4	92.0	5:	5:	5:	N.A	1:	5:	5:	2A	3:	5:	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Liliana G.