ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-020
Version: 1	Fecha Actualizacion: 03/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remision: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-47690 | Fecha Inicio: 10/02/22 7:31 | Fecha Fin: 10/02/22 7:13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

HISTORIA REPORTADO/ OPERACIÓN DE RUTINA

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 litros)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - Sec)	Pila (5 Vdc)	"Flujo x 0" (0.0-0.5)	REJILLAS (5 - Vac)	FILTROS (5 - Vac)	BASE (5 - Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - VDC)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
	8622	6.2	91.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90min	Genera Alarma	[X]	Si [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bue[X]	[ ]	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros:		fuerte
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo > 2 (Cierre Rotómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LE-ES)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESIÓN (3-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 litros)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - Sec)	Pila (5 Vdc)	"Flujo x 0" (0.0-0.5)	REJILLAS (5 - Vac)	FILTROS (5 - Vac)	BASE (5 - Vac)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5 - VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (20 - VDC)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
	8623	6.0	90.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: William Cely